



bernhoven

Laboratoriummededeling 2025-2

Klinisch Chemisch
Laboratorium

Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

T 0413 – 40 1910
T 0413 – 40 3060 (secr.)
F 0413 – 40 1866
E Labinfo@bernhoven.nl

Klinisch chemici:
[Dr. ir. J.H.C. Diris](#)
[Dr. I.J.M. van der Linden](#)
[Dr. ir. A.S. Streng](#)

Invoering nieuwe assay Calprotectine

Vanaf 7 april 2025 zullen wij zelf de calprotectine in feces gaan uitvoeren op ons lab in Bernhoven. In deze laboratoriummededeling informeren wij u hierover.

Wat gaat er veranderen?

- Calprotectine in feces zal worden uitgevoerd op het lab in Bernhoven en zal niet meer worden verstuurd naar het Jeroen Bosch ziekenhuis.
- Patiënten zullen een nieuw afnamebuisje moeten gebruiken waarbij met een prikker 4 keer in de ontlasting moet worden geprikt. Tot 7 april moet het oude potje nog worden gebruikt. De nieuwe patiëntenfolder is als bijlage meegestuurd.
- Uitslagen zullen gemiddeld gezien met een factor 3 (95%CI: 2,9-3,4) omhoog gaan. Calprotectine is geen gestandaardiseerde assay waardoor testen van verschillende leveranciers verschillende getallen kunnen geven. De correlatie tussen de huidige en de nieuwe methode is goed.
- De referentiewaarden zullen gaan veranderen. Deze zullen we duidelijk vermelden bij de uitslag. De nieuwe referentiewaarden zijn als volgt:
<125 µg/g: niet passend bij inflammatoire darmziekte (was <50 µg/g)
>350 µg/g: passend bij inflammatoire darmziekte (was >120 µg/g)
- De nieuwe afnamebuisjes voor patiënten zullen te verkrijgen zijn bij de poli MDL en route 10 in ziekenhuis Bernhoven en de poli bloedafname in Oss.

Overgangsperiode

Om aanvragers te laten wennen aan de nieuwe test is er een overgangsperiode van 1 maand afgesproken. Vanaf maandag 10 maart zullen we de calprotectine zowel met de oude als de nieuwe test meten. U krijgt dan twee uitslagen van hetzelfde monster waardoor u een gevoel kunt krijgen voor de nieuwe test.

Belangrijk: De oude test kan niet gedaan worden uit het nieuwe buisje. Stuur u het nieuwe buisje in dan zullen wij hierin enkel de nieuwe test uitvoeren.

Vanaf 7 april 2025 zal de oude test volledig vervallen. Ook het inleveren van de oude buisjes is dan niet meer mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de oude test alsnog worden aangevraagd na telefonisch overleg met de klinisch chemicus.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Laboratorium Bernhoven, 5 maart 2025

Sander Streng, klinisch chemicus
Mede namens Ivon van der Linden en Jart Diris, klinisch chemici